

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
на поставку изделий медицинского назначения

1. Общие положения

1.1. Наименование заказчика:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)

1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

1.3. Предмет закупки: поставка изделий медицинского назначения

2. Описание объекта закупки

2.1. Наименование, характеристика и количество товара:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
№	Наименование по КТРУ / ОКПД2	Код КТРУ / ОКПД2	Код КО32	Код НКМИ	Кол-во	Единица измерения	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Тип характеристики (Качественная/количественная)	Инструкция 1. Указывают в заявке диапазон значений характеристик 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристик 3. Указывают в заявке только одно значение характеристик 4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристик 5. Указывают в заявке все значения характеристик 6. Значение характеристики не может изменяться участием закупки Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики	Обоснование необходимости использования дополнительных характеристик	Вид требования (Запрет/Ограничение/Отсутствует)
1	Гель для электродов, тип 1	21.20.23.199-00000064		291730	15	штука							
1.1							электродная контактная жидкость с высокой электропроводностью	наличие					
1.2							Удельная электропроводность	$\geq 0,7$ и $\leq 1,0$	см/м	Количественная	Значение характеристики не может изменяться участием закупки		
1.3							Вязкость	$\geq 17,0$ и $\leq 22,0$	Па*с	Количественная	Значение характеристики не может изменяться участием закупки		
1.4							pH	$\geq 6,0$ и $\leq 8,0$		Количественная	Значение характеристики не может изменяться участием закупки		
1.5							Объем	≥ 1000	Грамм	Количественная	Указывают в заявке конкретное значение характеристики		
2	Гель для электродов, тип 2	21.20.23.199-00000064		291730	4	штука							
2.1							Жидкость электродная контактная с высокой электропроводностью предназначена для ЭКГ	наличие		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участием закупки		
2.2							Удельная электропроводность	$\geq 1,2$ и $\leq 1,6$	см/м	Количественная	Значение характеристики не может изменяться участием закупки		
2.3							pH	$\geq 6,0$ и $\leq 8,0$		Количественная	Значение характеристики не может изменяться участием закупки		
2.4							Жидкость бесцветного или слабоокрашенного цвета	наличие		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участием закупки		
2.5							Объем	≥ 1000	Грамм	Количественная	Указывают в заявке конкретное значение характеристики		
3	Гель для электродов, тип 3	21.20.23.199-00000064		291730	30	штука							
3.1							Жидкость электродная контактная с высокой электропроводностью предназначена для ЭКГ	наличие		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участием закупки		
3.2							Удельная электропроводность	$\geq 1,2$ и $\leq 1,6$	см/м	Количественная	Значение характеристики не может изменяться участием закупки		
3.3							pH	$\geq 6,0$ и $\leq 8,0$		Количественная	Значение характеристики не может изменяться участием закупки		
3.4							Жидкость бесцветного или слабоокрашенного цвета	наличие		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участием закупки		
3.5							Объем	≥ 200	Грамм	Количественная	Указывают в заявке конкретное значение характеристики		
4	Дозатор жидких средств бытовой	25.99.12.112-00000128		22.29.23.130	15	штука							
4.1							Материал корпуса	Пластик		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участием закупки		
4.2							Объем	> 1200	Кубический сантиметр; миллилитр	Количественная	Указывают в заявке конкретное значение характеристики		
4.3							Тип	Механический (нажимной)		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участием закупки		

5	Гель контактный, нестерильный тип 1	32.50.50.190-00001440		275460	5	штука						
5.1							Вязкость	$\geq 18,0$ и $\leq 23,0$	Па*с	Количественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
5.2							pH	$\geq 6,0$ и $\leq 8,0$		Количественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
5.3							Гель представляет собой однородную прозрачную гелеобразную массу без посторонних примесей	наличие		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
5.4							Объем	≥ 240	Гр	Количественная	Указывают в заявке конкретное значение характеристики	
6	Гель контактный, стерильный	32.50.50.190-00000334		185810	6	штука						
6.1							Вязкость	$\geq 24,0$ и $\leq 28,0$	Па*с	Количественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
6.2							pH	$\geq 6,0$ и $\leq 8,0$		Количественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
6.3							Гель представляет собой однородную прозрачную гелеобразную массу без посторонних примесей.	наличие		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
6.4							Стерильность	наличие		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
7	Гель контактный, нестерильный тип 2	32.50.50.190-00001440		275460	20	штука						
7.1							Вязкость	$\geq 23,0$ и $\leq 31,0$	Па*с	Количественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
7.2							pH	$\geq 6,0$ и $\leq 8,0$		Количественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
7.3							Гель представляет собой однородную прозрачную гелеобразную массу слегка голубоватого цвета без посторонних примесей.	наличие		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
7.4							Объем	≥ 5000	Грам	Количественная	Указывают в заявке конкретное значение характеристики	
8	Гель контактный, нестерильный тип 3	32.50.50.190-00001440		275460	100	штука						
8.1							Вязкость	$\geq 23,0$ и $\leq 31,0$	Па*с	Количественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
8.2							pH	$\geq 6,0$ и $\leq 8,0$		Количественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
8.3							Гель представляет собой однородную прозрачную гелеобразную массу слегка голубоватого цвета без посторонних примесей.	наличие		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
8.4							Объем	$\geq 250,0$ и $\leq 300,0$	Грам	Количественная	Указывают в заявке конкретное значение характеристики	
9	Бумага для регистрации электрокардиограмм тип 1	17.12.14.142-000000002		291550	63	штука						
9.1							Основы:	термохимическая		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
9.2							Плотность:	≥ 65 и ≤ 75	г/м2	Количественная	Указывают в заявке конкретное значение характеристики	
9.3							Белизна:	$\geq 86,0$ и $\leq 94,0$	процент	Количественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
9.4							Ширина	≥ 210	миллиметр	Количественная	Указывают в заявке конкретное значение характеристики	
9.5							Шаг фальцовки: 140мм	≥ 140	миллиметр	Количественная	Указывают в заявке конкретное значение характеристики	
9.6							Кол-во листов: 160л	≥ 160	штука	Количественная	Указывают в заявке конкретное значение характеристики	
9.7							Маркер: есть	Наличие		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
9.8							Цвет диаграммы: розовый	Розовый		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	
10	Бумага для регистрации электрокардиограмм тип 2	17.12.14.142-000000002		291550	4	штука						
10.1							Основы:	термохимическая		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки	

10.2							Плотность	≥ 50,0 и ≤ 60,0	г/м2	Количественная	Указывают в заявке конкретное значение характеристики		
10.3							Белизна:	≥ 86,0 и ≤ 94,0	процент	Количественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
10.4							Ширина	57	миллиметр	Количественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
10.5							Длина	30	метр	Количественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
10.6							Цвет диаграммы	Нет		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
10.7							Втулка	12	миллиметр	Количественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
10.8							Намотка ленты	Внешняя		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
11	Бумага для регистрации электрокардиограмм тип 3	17.12.14.142-00000002		291550	30	штука							
11.1							Бумага для медицинских регистрирующих приборов в рулоне - предназначена для черно-белой печати формата А6 (ширина) на принтерах UP- X898MD/D898MD/897MD/D897MD/D897/895/D895/890/D890/860/D860	наличие		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
11.2							Основа:	термохимическая		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
11.3							Плотность	60	г/м2	Количественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
11.4							Белизна:	≥ 95	процент	Количественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
11.5							Ширина ленты по обрезу	110	миллиметр	Количественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
11.6							Длина	20	метр	Количественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
11.7							Поверхность TYPE-I: posmal	наличие		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
11.8							Втулка внутренний диаметр	12	миллиметр	Количественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		
11.9							Намотка ленты	Внешняя		Качественная	Значение характеристики не может изменяться участником закупки		

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Срок и объем гарантии

Срок гарантии - в соответствии с технической документацией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке в ЕИС.

3. Срок поставки: с даты заключения договора по 25.12.2026 г. Поставка Товара осуществляется на основании заявок Заказчика в течение 7 (семи) рабочих дней с даты поступления заявки силами Поставщика.

4. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

5. Условия поставки товара

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и иные действия, необходимые для доставки товара.

5.2. Предоставление документов при поставке:

5.2.1. Копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) России, заверенных печатью Поставщика;

5.2.2. Копии сертификата соответствия или декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации

5.2.3. Паспорт качества товара от завода-изготовителя;

5.2.4. Руководство по эксплуатации на русском языке.