ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

на поставку изделий медицинского назначения

1. Общие положения

1.1. Наименование заказчика:

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)

1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

1.3. Предмет закупки: **поставка изделий медицинского назначения (Мундштуки одноразовые)**

2. Описание объекта закупки

2.1. Наименование, характеристика и количество товара:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
№	Наименование по КТРУ / ОКПД2	Код КТРУ / ОКПД2	Код НКМИ	Кол-во	Единица измерения	Наименование характеристики	Значение характеристики	Единица измерения характеристики	Тип характеристики (Качественная/количественная)	Инструкция 1. Указывают в заявке диапазон значений характеристики 2. Указывают в заявке конкретное значение характеристики 3. Указывают в заявке только одно значение характеристики 4. Указывают в заявке одно или несколько значений характеристики 5. Указывают в заявке все значения характеристики 6. Значение характеристики не может изменяться участником закупки Выбирается одно из условий и указывается для каждой характеристики
1	Загубник для дыхательного аппарата, одноразового использования	32.50.50.190 – 00001098	283330	1500	штука	Нестерильное изделие, предназначенное для введения в рот пациента с целью обеспечения доступа к дыхательному аппарату. Это обычно небольшое, жесткое или полужесткое, пластиковое полое изделие, которое имеет форму, позволяющую обеспечить соответствующее газонепроницаемое соединение (например, с губами пациента) и предотвратить схлопывание. Мундштук обычно присоединяется, либо непосредственно, либо через другие трубки/адаптеры, к диагностическим или терапевтическим дыхательным аппаратам (например, аппарату искусственной вентиляции легких, ингалятору, стимулирующему спирометру, устройству для распыления). Это изделие одноразового использования.				
						Дополнительные характеристики				
1.1						без фильтра	наличие			Значение характеристики не может изменяться участником закупки
1.2						нестерильный	соответсвие			Значение характеристики не может изменяться участником закупки
1.3						внутренний диаметр	не более 30 мм			Указывают в заявке конкретное значение характеристики
1.4						длина	не более 65 мм			Указывают в заявке конкретное значение характеристики
1.5						толщина стенки	не более 1,0 мм			Указывают в заявке конкретное значение характеристики
1.6						поверхность мундштука гладкая, не ламинированная	соответствие			Значение характеристики не может изменяться участником закупки
2	Загубник для дыхательного аппарата, одноразового использования	32.50.50.190 – 00001098	283330	2000	штука	Нестерильное изделие, предназначенное для введения в рот пациента с целью обеспечения доступа к дыхательному аппарату. Это обычно небольшое, жесткое или полужесткое, пластиковое полое изделие, которое имеет форму, позволяющую обеспечить соответствующее газонепроницаемое соединение (например, с губами пациента) и предотвратить схлопывание. Мундштук обычно присоединяется, либо непосредственно, либо через другие трубки/адаптеры, к диагностическим или терапевтическим дыхательным аппаратам (например, аппарату искусственной вентиляции легких, ингалятору, стимулирующему спирометру, устройству для распыления). Это изделие одноразового использования.				
						Дополнительные характеристики				
2.1						без фильтра	наличие			Значение характеристики не может изменяться участником закупки

2.2						нестерильный	соответсвие			Значение характеристики не может изменяться участником закупки
2.3						внутренний диаметр	не более 26 мм			Указывают в заявке конкретное значение характеристики
2.4						длина	не более 65 мм			Указывают в заявке конкретное значение характеристики
2.5						толщина стенки	не более 1,0 мм			Указывают в заявке конкретное значение характеристики
2.6						поверхность мундштука гладкая, не ламинированная	соответствие			Значение характеристики не может изменяться участником закупки

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

2.3. Срок и объем гарантии

Срок гарантии - в соответствии с технической документацией завода-изготовителя, но не менее 12 месяцев с момента подписания документа о приемке в ЕИС.

3. Срок поставки: с даты заключения договора по 25.12.2026 г. Поставка Товара осуществляется в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Договора.

4. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

5. Условия поставки товара

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и иные действия, необходимые для доставки товара.

5.2. Предоставление документов при поставке:

5.2.1. Копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) России, заверенных печатью Поставщика;

5.2.2. Копии сертификата соответствия или декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации

5.2.3. Паспорт качества товара от завода-изготовителя;

5.2.4. Руководство по эксплуатации на русском языке.