

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ на поставку

1. Общие положения

- 1.1. Наименование заказчика: Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр детей и подростков Федерального медико-биологического агентства» (ФГБУ «ФНКЦ детей и подростков ФМБА России»)
- 1.2. Место нахождения заказчика: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.
- 1.3. Предмет закупки: поставка медицинских изделий для офтальмологии

2. Описание объекта закупки

- 2.1. Наименование, характеристика и количество товара (Приложение 1)

2.2. Поставляемый товар должен быть новым (не был в употреблении, в ремонте, в том числе не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Год производства – не ранее 2026 г.

- 3. Место поставки: г. Москва, ул. Москворечье д. 20.

4. Срок поставки: с момента заключения договора. Поставка Товара осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента заключения договора

- 5. Условия поставки

5.1. Поставщик своими силами и за свой счет обеспечивает доставку, разгрузку и совершить иные действия, необходимые для доставки товара.

- 5.2. Предоставление документов при поставке:

5.2.1. Копии регистрационных удостоверений Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) России, заверенных печатью Поставщика;

5.2.2. Копии сертификата соответствия или Декларации о соответствии, заверенных печатью Поставщика, на товар, подлежащий обязательной сертификации;

Технические характеристики

№	Вид МИ	Код КТРУ	Наименование по КТРУ	Наименование характеристики	Тип характеристики	Значение параметра	Количество	Ед. изм.	Обоснование дополнительных характеристик
1	176760	32.50.13.121	Экзофталмометр	Инструменты офтальмологические			1	штука	
				Офтальмологический инструмент для измерения степени экзофтальма (патологического выпячивания глазного яблока)	Качественная	Наличие			
				Диапазон измерения экзофтальма	Качественная	0 - 35		миллиметр	С целью обеспечения диагностики патологии глазного яблока
				Регулировка расстояния зрачка, максимальное значение	Количественная	≥ 120		миллиметр	С целью обеспечения диагностики патологии глазного яблока
				Регулировка расстояния зрачка, минимальное значение	Количественная	≤ 80		миллиметр	С целью обеспечения диагностики патологии глазного яблока
				Основание призмы: прямоугольный треугольник	Качественная	Наличие			С целью обеспечения диагностики патологии глазного яблока
				Количество призм	Количественная	≥ 2		штука	С целью обеспечения диагностики патологии глазного яблока
2	215870	32.50.13.120-00000900	Магнит глазной, без электропитания	Неэлектрический ручной инструмент, который генерирует магнитное поле, предназначенное для нахождения и удаления металлических инородных тел (обычно содержащих железо или сталь) из ткани глаза; может включать в себя проволоочную петлю на одном конце для механической экстракции. Это изделие для многократного использования.			1	штука	Соответствует КТРУ
				Область применения	Качественная	Для удаления металлических инородных тел из ткани глаза			С целью обеспечения возможности проведения полной диагностики зрительного аппарата
				Длина	Количественная	≤ 53		миллиметр	С целью обеспечения возможности проведения полной диагностики зрительного аппарата
				Диаметр	Количественная	≥ 35		миллиметр	С целью обеспечения возможности проведения полной диагностики зрительного аппарата
				Диаметр наконечника №1	Количественная	≥ 1		миллиметр	С целью обеспечения возможности проведения полной диагностики зрительного аппарата
				Диаметр наконечника №2	Количественная	$\leq 0,5$		миллиметр	С целью обеспечения возможности проведения полной диагностики зрительного аппарата
				Диаметр наконечника №3	Количественная	$\leq 0,5$		миллиметр	С целью обеспечения возможности проведения полной диагностики зрительного аппарата
				Длина наконечника №1	Количественная	≤ 16		миллиметр	С целью обеспечения возможности проведения полной диагностики зрительного аппарата
				Длина наконечника №2	Количественная	≤ 16		миллиметр	С целью обеспечения возможности проведения полной диагностики зрительного аппарата
				Длина наконечника №3	Количественная	≤ 29		миллиметр	С целью обеспечения возможности проведения полной диагностики зрительного аппарата
				Диаметр присоединительного конуса	Количественная	≤ 10		миллиметр	С целью обеспечения возможности проведения полной диагностики зрительного аппарата

3	185910	32.50.13.121-00000002	Комплект пробных очковых линз	Набор офтальмологических пробных линз различной диоптрической силы, предназначенный для проверки зрения с целью определения необходимой рефракции. Набор содержит другие связанные с линзами изделия, такие как пробная оправа для быстрой замены пробных линз при обследовании.		1	штука	Соответствует КТРУ
				Линза сферическая (стигматическая) отрицательная от 0,12 до 20,00 дптр	Количественная	≥ 40	пара (2 шт)	Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи
				Линза сферическая (стигматическая) положительная от 0,12 до 20,00 дптр	Количественная	≥ 40	пара (2 шт)	Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи
				Линза цилиндрическая (астигматическая) отрицательная от 0,25 до 6,00 дптр	Количественная	≥ 20	пара (2 шт)	Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи
				Линза цилиндрическая (астигматическая) положительная от 0,25 до 6,00 дптр	Количественная	≥ 20	пара (2 шт)	Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи
				Призма очковая от 0,5 до 10,00 пр. дптр	Количественная	≥ 12	штука	Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи
				Точечная диафрагма (РН)	Количественная	≥ 2	штука	Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи
				Щелевая диафрагма (SS)	Количественная	≥ 1	штука	Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи
				Окклюдер	Количественная	≥ 1	штука	Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи
				Красный светофильтр	Количественная	≥ 1	штука	Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи
				Зеленый светофильтр	Количественная	≥ 1	штука	Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи

				Матированная линза	Количественная	≥ 1		штука	Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи
				Полуматированная линза	Количественная	≥ 1		штука	Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи
				Цилиндр Мэддокса	Количественная	≥ 1		штука	Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи
				Плоскопараллельная пластина	Количественная	≥ 2		штука	Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи
				Скращенные цилиндры, 0,25 дптр	Количественная	≥ 1		штука	Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи
				Скращенные цилиндры, 0,50 дптр	Количественная	≥ 1		штука	Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи
				Линза с перекрестием	Количественная	≥ 1		штука	Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи
				Оправа пробная универсальная	Количественная	≥ 1		штука	Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи
				Кейс для переноски	Качественная	Наличие			Указание характеристик и размеров продиктовано необходимостью иметь в ассортименте лечебного учреждения медицинские изделия с различными размерами для использования их при оказании помощи населению с различными физиологическими и анатомическими особенностями, чтобы обеспечить оказание соответствующей стандарту медицинской помощи
4	266180	32.50.13.120-00001388	Тест-полоски для пробы Ширмера	Офтальмологическое изделие в форме небольшой абсорбирующей полоски из фильтровальной бумаги или аналогичного материала; оно вручную вводится под нижнее веко пациента на время, необходимое для стимуляции и оценки слезоотделения. Обычно известно как слезный тест Ширмера (Schirmer's test). Полоски используются для проведения быстрой оценки количества слезной жидкости. Это изделие одноразового использования.			1	упаковка	Соответствует КТРУ
				Количество штук в упаковке	Количественная	≥ 100		штука	Соответствует КТРУ
				Общая длина полоски	Количественная	≥ 40		миллиметр	Соответствует КТРУ

				Материал полоски	Качественная	Фильтрованная бумага шириной 5 мм			
				Градировка полоски от общей длины	Количественная	≤ 35		миллиметр	
5	206290	32.50.43.000	Оправа для пробных очковых линз				1	штука	
				Изделие, используемое при офтальмологических работах для размещения, удержания и замены пробных стекол перед глазами пациента во время процедуры тестирования зрительных	Качественная	Наличие			
				Максимальное количество пар линз, одновременно размещенных в оправе	Количественная	≥ 5		пара (2 шт)	
				Минимальное значение расстояния между зрачками	Количественная	≥ 46		миллиметр	
				Максимальное значение расстояния между зрачками	Количественная	≤ 82		миллиметр	
				Регулируемый угол и длины сторон	Качественная	Наличие			
				Плавная регулировка оси	Качественная	Наличие			
				Шкала расстояния от верхушки	Качественная	Наличие			
				Совместима с линзами для подбора очков DIN и BIS	Качественная	Наличие			